

Vejledning til udfyldelse af MR kontrolskema

Skemaet anvendes til at afdække om pt. har indopereret metal eller elektronik

Vigtigste spørgsmål er nr. 1-7, hvor en pacemaker er absolut kontraindikation for MR, mens andre implantater *kan* være det

Ortopædiske proteser og følger efter by-passoperation er ikke kontraindikationer

Pt. som er gravid i 1. trimester bør ikke MR scannes

Det skal oplyses, om pt. er klaustrofob, så BDA kan indkalde til let sedation

Højde og vægt skal angives, dels mhp. indstilling af scanneren, dels mhp. om pt. kan være i scanneren

BDA tager stilling til om pt. kan MR scannes og vi udspørger pt. igen på undersøgelsesdagen

Hvis vi finder at pt. ikke kan MR scannes, vil BDA omvisitere til CT

Der skal altid foreligge en P-creatinin i tilfælde af, at der skal gives kontrast

01.10.2008 KB