

Til

Alle afdelingsledelser og afsnitsledelser
på Sygehuse og i psykiatrien i Region Sjælland
samt praktiserende læger og speciallæger

Dato: 4. maj 2022

Nye Prøvetagningsrør til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA/RNA

Fra den 16-5-2022 skifter vi analysemetode til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA/RNA.

Det betyder, at prøvetagningsglas ændres og fremadrettet er det de 2 nedenstående, der skal bestilles. Nuværende prøvetagningssæt kasseres og kan ikke anvendes til den nye metode:

**Klinisk Mikrobiologi - Regional
enhed**

Ingemannsvej 46

4200 Slagelse

Tlf.: 58559404

xxx@regionsjaelland.dk

Bestilling:

Podning:

nr. 23232 prøverør med grøn prop til Cervix.

(Anvendes også til podning fra øje hos spædbørn < 1 måned, luftvejssekret fra børn < 1 måned, Podninger fra rektalslimhinder, svælg/tonsiller eller luftveje. Det skal dog nævnes, at det er ikke-valideret materiale, men det accepteres).



Urin:

Nr. 23233. Det er **meget vigtigt at der afpippeteres 2 ml. med medfølgende pipette ned i røret. Røret må ikke overfyldes.** Til kvinder anbefales Cervixpodning.



Laboratoriemedicinsk vejledning tilrettes den 16/5-2022.

Venlig hilsen
Afdelingsledelsen