



Vejledning i udtagning af pacemaker eller ICD på afdød

Følgende skal medbringes:

- Device udtagnings kit – varenr. 97046299-01 (RM nr. 30040458)
- Kuvertsæt med forseglingspose – varenr. 310170 (RM nr. 30004775)

Procedure:

- Sørg for god belysning
- Operatør ifører sig 2 sæt handsker
- Pacemaker-/ICD-operationsstedet blotlægges
- Patient afdækkes med sugende papir.
- Der lægges et snit over ICD'en eller PM'en.
- Elektroderne frigøres fra ICD'en eller PM'en vha. af resolut klip med saksen.
- PM eller ICD enhed fjernes fra den afdøde.
- Afdøde lukkes med hudstapler.
- Der påsættes plaster.
- Når proceduren er overstået krænges engangshandskerne ud over enheden, og der slås en knude på handsken (på denne måde er enheden nu omgivet af to handsker), og handsker og enhed lægges i plasticpose.
- Der slås knude på plastikposen, som herefter lægges i forseglingsposen og til sidst i kuverten til postfremsendelse.
- Denne vejledning udfyldes og lægges i kuverten sammen med PM eller ICD.

Forsendelse:

- Kuverten sendes til følgende adresse (send evt. med Afhentningsordning for blodprøver):

Hjertesygdomme, Sekretariatet
Palle Juul-Jensens boulevard 69
8200 Aarhus N

Mrk: "Brugt ICD/Pacemaker"

Oplysninger til AUH :

Navn på afdød : _____

CPR: _____

Udtaget af læge : _____

Ydernr. _____

